

Svim korisnicima sustava VD1x Sensis / Sensis Vibe

Naziv proizvoda / trgovачki naziv:	Sensis, Sensis Vibe Combo, Sensis Vibe Hemo	E-pošta
Broj modela:	10764561, 11007642, 11007641	Datum
		Identifikacijska oznaka korektivne mjere

## Informacije o sigurnosti za korisnika (engl. Customer Safety Information, CSI) za korektivnu radnju povezану sa sigurnosti uporabe uređaja

**Predmet:** izostanak redovnog ponovnog pokretanja sustava može dovesti do zamrzavanja vitalnih znakova

Poštovani korisnici,

Željeli bismo vas obavijestiti o sljedećim mogućim problemima u vezi s vašim sustavom Sensis / Sensis Vibe s trenutačnom inačicom softvera VD1x i o korektivnoj radnji koja će biti izvedena.

### U čemu je problem i kada se on javlja?

U korisničkom priručniku sustava navedeno je da bi se sustav trebao ponovno pokrenuti jedanput svakih 7 dana. U nekim slučajevima korisnici ne prate te upute te sustav neprekidno radi dulje od 7 dana. U rijetkim okolnostima to može dovesti do djelomičnog zamrzavanja korisničkog sučelja, čime bi se onemogućilo ažuriranje vitalnih znakova.

### Koji je utjecaj na rad sustava i koji su mogući rizici?

To može dovesti do netočne ili nedostatne osnove za donošenje dijagnostičkih ili terapijskih odluka.

Ako korisnik ne prati upute za reagiranje na neispravnosti, može doći do djelomičnog zamrzavanja sustava, čime bi se onemogućilo ažuriranje vitalnih znakova do izvođenja ponovnog pokretanja ili do dolaska servisnog inženjera na lokaciju.

### Kako je problem uočen i koji je glavni uzrok problema?

Problem je identificiran tijekom redovite inspekcije na lokaciji. Glavni uzrok problema je nepredviđeno dugo vrijeme rada sustava.

### **Koje korake mora poduzeti korisnik kako bi spriječio moguće rizike povezane sa spomenutim problemom?**

Ponovno pokrenite sustav kako biste povratili funkcionalnost sustava, kao što je opisano u korisničkom priručniku sustava.

U svakom slučaju, pobrinite se da je liječenje pacijenta moguće nastaviti na druge načine u slučaju bilo kakve moguće opasnosti u vezi sa sigurnošću pacijenta.

Pazite da redovito ponovno pokrećete sustav, barem jedanput svakih sedam dana.

### **Što poduzima proizvođač kako bi se umanjili mogući rizici?**

Softver zahvaćenih sustava bit će ažuriran tako da se nakon zatvaranja pretrage prikaže poruka s obavijesti koja korisnika podsjeća da ponovno pokrene sustav jer radi dulje od preporučenog vremena bez ponovnog pokretanja u slučaju neprekidnog rada sustava dulje od 7 dana.

Uz to, u korisničkom priručniku sustava nalazit će se poruka upozorenja da se na sustavu Sensis mogu javiti problemi u vezi s radnim učinkom radi li neprekidno dulje od 7 dana bez ponovnog pokretanja kako bi se korisnike informiralo o posljedicama izbjegavanja ponovnog pokretanja sustava barem jednom na tjedan. Nadalje, bit će navedeno da se na sustavu koji neprekidno radi dulje od 7 dana vitalni znakovi mogu prikazivati netočno ili s kašnjenjem, da se vrijednosti možda neće spremiti, da bi izrada izvještaja mogla biti netočna i da bi sustav mogao postati nedostupan prije ili tijekom pregleda. Poruka upozorenja također će sadržavati izjavu da bi sustav Sensis trebalo ponovno pokrenuti barem jednom na tjedan.

### **Koliko su korektivne radnje učinkovite?**

Ažuriranje softvera ublažit će pojavu problema.

### **Na koji će se način primijeniti korektivna radnja?**

Naša će vas servisna organizacija kontaktirati radi zakazivanja termina za izvođenje korektivne radnje. Obratite se našoj servisnoj organizaciji za raniji termin.

Ovaj se dopis dostavlja svim korisnicima na koje se odnosi kao ažuriranje AX067/21/S.

### **Koji rizici postoje za pacijente koji su prethodno pregledani ili liječeni uz primjenu ovog sustava?**

Smatramo da ponovni pregled pacijenata zbog prethodno navedenog problema nije potreban.

Pobrinite se da svi korisnici zahvaćenih proizvoda u vašoj organizaciji i sve ostale osobe koje bi možda trebale biti informirane dobiju relevantne informacije vezane uz sigurnost navedene u ovoj obavijesti i da se pridržavaju preporuka koje ona sadrži.

Hvala vam na razumijevanju i suradnji vezano uz ovu sigurnosnu obavijest i molimo vas da svojem osoblju odmah date odgovarajuće upute. Ovu sigurnosnu obavijest propisno pohranite u svoju evidenciju vezanu za ovaj proizvod. Molimo da ove informacije čuvate barem do dovršetka uvođenja mjera.

Molimo vas da proslijedite ove sigurnosne informacije i drugim organizacijama na koje se bi se ova mjera mogla odnositi.

Ako je uređaj prodan i ako ga više ne posjedujete, molimo vas da proslijedite ovu sigurnosnu obavijest novom vlasniku. Također vas molimo da nas obavijestite o identitetu novog vlasnika uređaja, ako je to moguće.

Srdačan pozdrav,