



BD Switzerland Sàrl
Terre Bonne Park – A4
Route de Crassier 17
1262 Eysins – Švicarska
Tel.: +41 21 556 30 Faks:
+41 21 556 30 99
www.BD.com

HITNO: SIGURNOSNA OBAVIJEST – MDS-21-4072

Setovi za infuziju za

pumpe Alaris™ (GP, VP, CC, GW/GW800, SE, serija IVAC 590) (Dodatak 1.)

Setovi i dodaci za gravitacijsku infuziju (Dodatak 2.)

Vrsta radnje: povlačenje proizvoda

22. ožujka 2021

Dostaviti: kliničkom osoblju, voditeljima upravljanja rizikom, biomedicinskom osoblju

Ovo pismo sadržava važne informacije koje zahtijevaju vašu **neposrednu** pozornost.

Poštovani korisniče / poštovana korisnice,

društvo BD provodi sigurnosnu korektivnu radnju kojom povlači sve lot brojeve distribuiranih:

- **Setovi za infuziju za pumpe Alaris™ (GP, VP, CC, GW/GW800 i SE, serija IVAC 590)** i
- **Setovi i dodaci za gravitacijsku infuziju.**

Pun popis kataloških brojeva spornih proizvoda (REF) potražite u Dodatku 1 i 2. Slike proizvoda priložene su u Tablici 1 i 2 u nastavku.

Opis problema

Tvrta BD primila je obavijest od drugog pružatelja usluga sterilizacije da je namjerno falsificirao evidenciju o postupku sterilizacije povezano uz obradu BD proizvoda.

Tvrta BD odmah je provela istragu i odredila da ne može jamčiti sterilnost proizvoda navedenih u priloženom dodatku. Stoga smo odlučili ukloniti proizvode s tržišta.

Opseg ovog uklanjanja proizvoda uključuje LOT brojeve proizvoda kojima nije istekao rok trajanja za distribuirane SKU-ove navedene u dodatku. Tvrta BD ima on-line alat koji služi kao podrška za identifikaciju spornih LOT brojeva <https://www.bd.com/en-us/recall-notifications/detail-mds-21-4072>.

Tablica 1: Primjeri SETa za infuziju za pumpe Alaris™ (GP, VP, CC, GW/GW800 i SE), serija IVAC 590

| | Proizvod | Svrha | Alternativa |
|---|--|---|--|
|  | Setovi pumpi za infuziju velikog volumena | Precizna isporuka intravenske infuzije i transfuzije u odjelima za kirurgiju (OR) i za intenzivnu njegu (ICU) | Nema drugih setova – pogledajte klinički savjet u nastavku |
|  | Setovi pumpi sa štrcaljkom s linijskim praćenjem tlaka | Precizna isporuka intravenske infuzije i transfuzije u odjelima za kirurgiju (OR) i za intenzivnu njegu (ICU) | Nema drugih setova – pogledajte klinički savjet u nastavku |

Tablica 2: Primjeri setova i dodataka za gravitacijsku intravensku infuziju

| | Proizvod | Svrha | Alternativa |
|---|--|---|---|
|  | Primarni i sekundarni setovi za primjenu | Primjena tekućina i lijekova za intravensku primjenu | Drugi nenamjenski setovi za intravensku infuziju iz portfelja tvrtke BD ili konkurenata. Obratite se lokalnom predstavniku |
|  | Setovi za transfuziju | Transfuzije krvi | Drugi setovi za transfuziju iz portfelja tvrtke BD ili konkurenata. Obratite se lokalnom predstavniku |
|  | Višesmjerni setovi za onkologiju | Infuzijska isporuka onkološkog lijeka | Drugi setovi za onkologiju iz portfelja tvrtke BD ili konkurenata. Obratite se lokalnom predstavniku |
|  | Bezigleni pripoj pripoj SmartSite™ | Bezigleni pripoj pripoj za potrebe pristupa infuziji kateterom | Druga tehnologija za priključivanje iz portfelja tvrtke BD ili konkurenata. Obratite se lokalnom predstavniku |
|  | Proizvodi za pristup boćicama i infuzijskim bocama | Pristup boćicama i infuzijskoj bocama bez uporabe igle, uključujući zaštitu od opasnih lijekova | Obratite se lokalnom predstavniku |

Klinički učinak:



BD Switzerland Sàrl
Terre Bonne Park – A4
Route de Crassier 17
1262 Eysins – Švicarska
Tel.: +41 21 556 30 Faks:
+41 21 556 30 99
www.BD.com

Uporaba nesterilnih proizvoda u kliničkom okružju može dovesti do povećanog rizika od infekcije koji može uzrokovati teške ozljede ili uvjete opasne po život.

Tvrtka BD u dosadašnjoj praksi nije pronašla slučajeve nuspojava ili teških ozljeda pacijenta koje se mogu povezati uz ovu sigurnosnu korektivnu radnju. Nisu potrebne posebne aktivnosti praćenja pacijenta ako je proizvod već upotrijebljen.

Savjeti za kliničke korisnike:

1. Prestanite upotrebljavati sve sporne LOT brojeve koje posjedujete.
2. Dok tvrtka BD ne uspostavi ponovno isporučivanje, tvrtka BD preporučuje:
 - a. Obratite se lokalnom predstavniku tvrtke BD i raspravite o mogućim zamjenskim proizvodima.
 - b. Ako zamjenski proizvodi nisu dostupni, razmotrite općenite mjere kao jamstvo kontinuiteta infuzije kao što su:

Za korisnike Alaris™ CC Plus:

- i) Obratite se lokalnom predstavniku i tehničkoj podršci i provjerite postoji li mogućnost privremenog prebacivanja pumpe u „Polu-namjenski” način rada (omogućuje rad pumpe samo u ml/h i bez mogućnosti linijskog praćenja tlaka) uz uporabu standardnih SETa kao zamjenskih.
- ii) Ako je filtriranje obavezno, mogu se upotrebljavati dodatni filtri (filtri 0,22 / 1,2 µm).
- iii) Zbog ograničene zalihe produžnih SETa s tlačnim diskom, možda neće biti moguća linijsko mjerena tlaka. Stoga preporučujemo uporabu tlačnog diska na JEDNOJ pumpi koja je najbliža pacijentu kako bi mogao pratiti linijski tlak za sve pumpe u sustavu (odnosno u slučaju SETa s više infuzija).

Za korisnike serije Alaris™ GP Plus i Alaris™ SE i Alaris™ IVAC 590:

- i) Razmotrite uporabu pumpi sa štrcaljkom za lijekove s visokim oprezom koji zahtijevaju neprestanu infuziju (uključujući lijekove koji se određuju na temelju težine) ili gravitacijskih zamjena ako je to klinički prihvatljivo.
- ii) Upotrijebite sve dostupne zamjenske pumpe.
- iii) Razmotrite uporabu gravitacijskih infuzija za infuzije velikog volumena koje ne zahtijevaju veliku preciznost ili infuzije koje se određuju na temelju težine.
- iv) Pri prijelazu s parenteralne prehrane ili kemoterapije ili drugih infuzija koje zahtijevaju SETe za infuziju s filtrima (0,2 ili 1,2 µm), razmotrite uporabu dodatnih linijskih filtera tijekom gravitacijskih infuzija (sa regulatorima protoka ili bez njih).
- v) Razmotrite uporabu vodova s integriranim regulatorima brzine protoka intravenske infuzije uz kalibraciju s pomoću brojčanika (npr. regulator BRZINE PROTOKA, UNOS-PROTOKA) koji se mogu upotrijebiti za regulaciju brzine protoka umjesto stezaljke s kotačićem.

Za korisnike Alaris™ VP Plus i GW/GW800:

- i) Budući da zamjenske alternative za pumpu nisu moguće, gravitacijska infuzija možda predstavlja jedinu opciju uz uporabu bilo koje dostupne zamjenske pumpe.
- ii) Razmotrite uporabu pumpi sa štrcaljkom za lijekove s visokim oprezom koji zahtijevaju neprestanu infuziju (uključujući lijekove koji se određuju na temelju težine). SETi preporučeni u nastavku možda nisu identični SETima koje ste vi upotrebljavali, ali odgovarat će bitnim kliničkim zahtjevima.

- iii) Razmotrite uporabu gravitacijskih infuzija za infuzije velikog volumena koje ne zahtijevaju veliku preciznost ili infuzije koje se određuju na temelju težine.
 - iv) Pri prijelazu s parenteralne prehrane ili kemoterapije ili drugih infuzija koje zahtijevaju SETe za infuziju s filtrima (0,2 ili 1,2 µm), razmotrite uporabu dodatnih linijskih filtra tijekom gravitacijskih infuzija (sa regulatorima protoka ili bez njih).
 - v) Razmotrite uporabu vodova s integriranim regulatorima brzine protoka intravenske infuzije uz kalibraciju s pomoću regulatora brzine (npr. regulator BRZINE PROTOKA, UNOS-PROTOKA) koji se mogu upotrijebiti za regulaciju brzine protoka umjesto stezaljke s kotačićem.
- c. Razmotrite zamjenske rasporede za vaše potrebe za infuzijsko liječenje koji su u skladu s nacionalnim ili lokalnim smjernicama ili smjernicama **ISMP-a (Institut za sigurno liječenje lijekovima (engl. Institute for Safe Medication Practices)**, povezano društvo ECRI), za potrebe zamjenskih rasporeda za infuzijsko liječenje u slučajevima prekida isporuke potrošnih proizvoda za intravensku primjenu:
- i. **Prebacivanje s intravenske na oralnu terapiju.** Organizacije bi trebale prebaciti pacijente s intravenske na oralnu terapiju što je ranije moguće. Tu je mogućnost potrebno uzeti u obzir za sve prikladne pacijente koji mogu gutati i koji zadovoljavaju druge kriterije koje određuje ustanova (npr. nema vrućice), uključujući pacijente u odjelu hitne službe i ustanovama za dugoročnu njegu koji se povezuju uz zdravstveni sustav.
 - ii. **Umjesto infuzije intravensko primjenite lijek ubrizgavanjem štrcaljkom u infuziju.** Kada je to prikladno treba razmotriti intravensku primjenu lijeka za infuziju ubrizgavanjem štrcaljkom umjesto sekundarno putem infuzije. Prije razmatranja ove alternative, potrebno je provjeriti smjernice specifične za bolnicu za primjenu lijeka ubrizgavanjem infuzije štrcaljkom te smjernice o sigurnoj praksi ISMP-a za intravensku primjenu lijeka ubrizgavanjem štrcaljkom u infuziju na odraslim osobama.
 - iii. **Potencijalna uporaba gravitacijskih infuzija.** Primjeri mogu uključivati intravenski nadomjestak tekućine, neke antibiotike za intravensku primjenu, lijekove koji nisu visokog opreza i druge koji mogu biti prikladni za gravitacijsku infuziju nakon procjene tijekom postupka narudžbe i isporuke. Kako bi se procijenila stopa protoka u ml/satu za gravitacijske infuzije, potrebno je znati koliko SET za infuziju isporučuje kapi po ml (npr. 10, 15, 20, 60 kapi po ml). Broj isporučenih kapi upravlja se s pomoću stezaljke s kotačićem (upravljačka stezaljka za gravitacijski protok).
 - iv. **Druge alternative.** Potrebno je razmotriti druge zamjenske vrste infuzijskih proizvoda tijekom nestašica pumpa za infuziju, kao što su vodovi s volumetrijskom biretom i drugi ne elektronički upravljači brzinom protoka.

Izvor: ISMP (travanj 2020.). Dostupno na <https://ismp.org/resources/planning-anticipated-shortage-smart-infusion-pumps-and-dedicated-administration-sets>

Slijedeći koraci kupca:

1. Prosljedite ovu sigurnosnu obavijest svima u vašoj organizaciji koje je potrebno obavijestiti.
 - Ako ste proizvod dalje distribuirali, utvrđite koje su to bile ustanove i odmah im prosljedite ovu obavijest.



BD Switzerland Sàrl
Terre Bonne Park – A4
Route de Crassier 17
1262 Eysins – Švicarska
Tel.: +41 21 556 30 Faks:
+41 21 556 30 99
www.BD.com

2. Upotrijebite online alat tvrtke BD <https://www.bd.com/en-us/recall-notifications/detail-mds-21-4072> kako biste identificirali LOT brojeve na vašoj zalihi na koje se odnosi ovo povlačenje proizvoda.
 - *NAPOMENA: Ako ne možete pristupiti online alatu, obratite se lokalnom predstavniku tvrtke BD.*
3. Odvojite i uništite sve jedinice u spornim lotovima i ispunite obrazac za odgovor korisnika na Stranici 6 i vratite na marinka.blataric@bd.com kako biste dobili zamjenski proizvod **što je ranije moguće i najkasnije do 16. travnja 2021.**

Korektivne radnje tvrtke BD

Društvo BD radi na kvalifikaciji zamjenske ustanove za sterilizaciju za te proizvode.

Osoba za kontakt

U slučaju pitanja o ovoj obavijesti obratite se lokalnom predstavniku tvrtke BD ili lokalnoj podružnici tvrtke BD na broj +385916195414 ili putem e-pošte na marinka.blataric@bd.com.

Potvrđujemo da su odgovarajuće regulatorne agencije obaviještene o ovim radnjama.

Tvrtka BD posvećena je unaprjeđivanju svijeta zdravlja. Naši su glavni ciljevi sigurnost pacijenata i korisnika te pružanje kvalitetnih proizvoda. Ispričavamo se zbog neugodnosti koje Vam je ova situacija možda prouzročila i unaprijed Vam zahvaljujemo za pomoć tvrtki BD u rješavanju navedenog problema na najbrži i najučinkovitiji mogući način.

Srdačan pozdrav,

Prof. Dr. Klaus Hoerauf,
potpredsjednik za medicinska pitanja
za regiju EMEA
BD Switzerland Sàrl

Idal Beer, MD
Potpredsjednik za medicinska
pitanja, rješenja za upravljanje
lijekovima

Frédérique Pedretti-Abel
Potpredsjednik EMEA kvaliteta
BD Switzerland Sàrl

Obrazac za odgovor korisnika - MDS-21-4072

Setovi za infuziju za pumpe Alaris™ (GP, VP, CC, GW/GW800 i SE, serija IVAC 590)
 i setovi i dodaci za gravitacijsku infuziju

Pročitajte uz Sigurnosnu obavijest MDS-21-4072 i pošaljite ispunjeni i potpisani obrazac što je prije moguće ili **najkasnije do 16. travnja 2021.** na marinka.blataric@bd.com.

- Potvrđujem da sam ovu obavijest pročitao/-la i razumio/-la te da su poduzete sve potrebne preporučene mjere.**

Označite odgovarajući okvir u nastavku

Ne posjedujemo nijedan od spornih proizvoda navedenih u Dodatku 1 i 2

ILI

Posjedujemo jedinice spornih proizvoda navedenih u Dodatku 1 i 2 te potvrđujem da su sljedeće jedinice uništene/vraćene u zamjenu za zamjenski proizvod u skladu s navedenim u nastavku. (*Imajte na umu da može doći do kašnjenja u isporuci zamjenskog proizvoda zbog dostupnosti proizvoda*).

| SKU | Lot broj | Uništena količina | SKU | Lot broj | Uništena količina |
|-----|----------|-------------------|-----|----------|-------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Naziv računa/organizacije: | |
| Odjel (ako je primjenjivo): | |
| Adresa: | |
| Poštanski broj: | Grad: |
| Ime i prezime osobe za kontakt: | |
| Funkcija: | |
| Telefonski broj za kontakt: | Adresa e-pošte za kontakt: |
| Potpis: | Datum: |

Ovaj obrazac potrebno je vratiti tvrtki BD kako bi se radnja smatrala provedenom za Vaš račun.



BD Switzerland Sàrl
Terre Bonne Park – A4
Route de Crassier 17
1262 Eysins – Švicarska
Tel.: +41 21 556 30 99
+41 21 556 30 99
www.BD.com

Dodatak 1.: Setovi za infuziju za pumpe Alaris™ (GP, VP, CC, GW/GW800 i SE, serija IVAC 590)

Proizvođač svih proizvoda navedenih u Dodatku 1 je BD Switzerland Sàrl, Terre Bonne Park – A4, Route de Crassier 17, Eysins, Švicarska ako nije drugačije navedeno.

| Katalog proizvoda (REF-ovi) | Naziv proizvoda |
|---|--|
| SETi za infuziju za pumpu sa štrcaljkom Alaris™ CC | |
| G30402M | Proizvodi Alaris™. Pumpa sa štrcaljkom Alaris™ CC, pumpa sa štrcaljkom Asena™ CC, pumpe IVAC™ 701/711/770/P7000. PRODUŽENA LINIJA. |
| G30453V | Proizvodi Alaris™. Pumpa sa štrcaljkom Alaris™ CC, pumpa sa štrcaljkom Asena™ CC, pumpe IVAC™ P7000. PRODUŽENA LINIJA. OTPORNO NA SVJETLOST. NISKO SORBIRANJE (PE/PVC) |
| G30653V | Proizvodi Alaris™. Pumpa sa štrcaljkom Alaris™ CC, pumpa sa štrcaljkom Asena™ CC, pumpe IVAC™ P7000. PRODUŽENA LINIJA. OTPORNO NA SVJETLOST. |
| SETi za infuziju za volumetrijsku pumpu Alaris™ GP | |
| 60593 | Proizvodi Alaris™. Volumetrijska pumpa Alaris™ GP. Sigurnosna stezaljka Alaris™. SET ZA INFUZIJU. FILTAR OD 15 µm. |
| 60643 | Proizvodi Alaris™. Volumetrijska pumpa Alaris™ GP. Sigurnosna stezaljka Alaris™. SET ZA INFUZIJU. OTPORNO NA SVJETLOST. FILTAR OD 15 µm. |
| 60693 | Proizvodi Alaris™. Volumetrijska pumpa Alaris™ GP. Sigurnosna stezaljka Alaris™. SET ZA INFUZIJU. FILTAR OD 15 µm. |
| 60793 | Proizvodi Alaris™. Volumetrijska pumpa Alaris™ GP. Sigurnosna stezaljka Alaris™. SET ZA INFUZIJU. FILTAR OD 15 µm. |
| 60894 | Proizvodi Alaris™. Volumetrijska pumpa Alaris™ GP. Sigurnosna stezaljka Alaris™. SET ZA TRANSFUZIJU/KRV. FILTAR OD 200 µm. |
| 60895 | Proizvodi Alaris™. Volumetrijska pumpa Alaris™ GP. Sigurnosna stezaljka Alaris™. SET ZA TRANSFUZIJU/KRV. FILTAR OD 200 µm. |
| 60903 | Proizvodi Alaris™. Volumetrijska pumpa Alaris™ GP. Sigurnosna stezaljka Alaris™. SET ZA INFUZIJU. FILTAR OD 15 µm. |
| 60980 | Proizvodi Alaris™. Volumetrijska pumpa Alaris™ GP. Sigurnosna stezaljka Alaris™. SET ZA TRANSFUZIJU/KRV. 2 ŠILJKA. FILTAR OD 200 µm. |
| 60093E | Proizvodi Alaris™. Volumetrijska pumpa Alaris™ GP. Sigurnosna stezaljka Alaris™. Bezigleni pripoj SmartSite™. SET ZA INFUZIJU. FILTAR OD 15 µm. |
| 60123E | Proizvodi Alaris™. Volumetrijska pumpa Alaris™ GP. Sigurnosna stezaljka Alaris™. Bezigleni pripoj SmartSite™. SET ZA INFUZIJU. FILTAR OD 1,2 µm. |
| 60173E | Proizvodi Alaris™. Volumetrijska pumpa Alaris™ GP. Sigurnosna stezaljka Alaris™. Bezigleni pripoj SmartSite™. SET ZA INFUZIJU. BEZ FILTRA. |
| 60393E | Proizvodi Alaris™. Volumetrijska pumpa Alaris™ GP. Sigurnosna stezaljka Alaris™. Bezigleni pripoj SmartSite™. SET ZA TRANSFUZIJU/KRV. FILTAR OD 200 µm. |
| 60693E | Proizvodi Alaris™. Volumetrijska pumpa Alaris™ GP. Sigurnosna stezaljka Alaris™. Bezigleni pripoj SmartSite™. SET ZA INFUZIJU. FILTAR OD 15 µm. |
| 60793E | Proizvodi Alaris™. Volumetrijska pumpa Alaris™ GP. Sigurnosna stezaljka Alaris™. Bezigleni pripoj SmartSite™. SET ZA INFUZIJU. FILTAR OD 15 µm. |
| 60950E | Proizvodi Alaris™. Volumetrijska pumpa Alaris™ GP. Sigurnosna stezaljka Alaris™. Bezigleni pripoj SmartSite™. SET ZA VIŠESTRUKU INFUZIJU. ONKOLOŠKI. S ODZRAČIVANJEM. FILTAR OD 15 µm. |
| 60951E | Proizvodi Alaris™. Volumetrijska pumpa Alaris™ GP. Sigurnosna stezaljka Alaris™. Bezigleni pripoj SmartSite™. SET ZA VIŠESTRUKU INFUZIJU. ONKOLOŠKI. S ODZRAČIVANJEM. FILTAR OD 15 µm. |
| 60952E | Proizvodi Alaris™. Volumetrijska pumpa Alaris™ GP. Sigurnosna stezaljka Alaris™. Bezigleni pripoj SmartSite™. SET ZA VIŠESTRUKU INFUZIJU. ONKOLOŠKI. OTPORNO NA SVJETLOST. S ODZRAČIVANJEM. FILTAR OD 15 µm. |
| 60953V | Proizvodi Alaris™. Volumetrijska pumpa Alaris™ GP. Sigurnosna stezaljka Alaris™. SET ZA INFUZIJU. NISKO SORBIRANJE. FILTAR OD 15 µm. |
| 63200NYB | Proizvodi Alaris™. Volumetrijska pumpa Alaris™ GP. Sigurnosna stezaljka Alaris™. SET ZA INFUZIJU. BEZ FILTRA. |
| 63401EB | Proizvodi Alaris™. Volumetrijska pumpa Alaris™ GP. Sigurnosna stezaljka Alaris™. Bezigleni pripoj SmartSite™. SET ZA INFUZIJU. BEZ FILTRA. |
| 63402BE | Proizvodi Alaris™. Volumetrijska pumpa Alaris™ GP. Sigurnosna stezaljka Alaris™. Bezigleni pripoj SmartSite™. SET ZA INFUZIJU. BEZ FILTRA. |
| 63420EB | Proizvodi Alaris™. Volumetrijska pumpa Alaris™ GP. Sigurnosna stezaljka Alaris™. Bezigleni pripoj SmartSite™. SET ZA INFUZIJU. BEZ FILTRA. |
| 63423BE | Proizvodi Alaris™. Volumetrijska pumpa Alaris™ GP. Sigurnosna stezaljka Alaris™. Bezigleni pripoj SmartSite™. SET ZA INFUZIJU. BEZ FILTRA. |



BD Switzerland Sàrl
Terre Bonne Park – A4
Route de Crassier 17
1262 Eysins – Švicarska
Tel.: +41 21 556 30 Faks:
+41 21 556 30 99
www.BD.com

63477EB

Proizvodi Alaris™. Volumetrijska pumpa Alaris™ GP. Sigurnosna stezaljka Alaris™. Bezigleni pripoj SmartSite™. SET ZA TRANSFUZIJU/KRV. 2 ŠILJKA. FILTAR OD 200 µm.

SETi za infuziju za volumetrijsku pumpu Alaris™ GW

| | |
|-------------|---|
| 273-001V | Proizvodi Alaris™. Volumetrijska pumpa Alaris™ GW. Volumetrijska pumpa Asena™ GW. Volumetrijska pumpa Alaris™ GW 800. SET ZA INFUZIJU. VENTIL PROTIV SIFONSKOG EFEKTA. FILTAR OD 15 µm. |
| 273-002V | Proizvodi Alaris™. Volumetrijska pumpa Alaris™ GW. Volumetrijska pumpa Asena™ GW. Volumetrijska pumpa Alaris™ GW 800. SET ZA INFUZIJU. VENTIL PROTIV SIFONSKOG EFEKTA. FILTAR OD 15 µm. |
| 273-003V | Proizvodi Alaris™. Volumetrijska pumpa Alaris™ GW. Volumetrijska pumpa Asena™ GW. Volumetrijska pumpa Alaris™ GW 800. SET ZA INFUZIJU. VENTIL PROTIV SIFONSKOG EFEKTA. FILTAR OD 15 µm. |
| 273-007V | Proizvodi Alaris™. Volumetrijska pumpa Alaris™ GW. Volumetrijska pumpa Asena™ GW. Volumetrijska pumpa Alaris™ GW 800. SET ZA TRANSFUZIJU/KRV. FILTAR OD 200 µm. |
| 273-008EV | Proizvodi Alaris™. Volumetrijska pumpa Alaris™ GW. Volumetrijska pumpa Asena™ GW. Ventil bez igle SmartSite™. Volumetrijska pumpa Alaris™ GW 800. SET ZA TRANSFUZIJU/KRV. FILTAR OD 200 µm. |
| 273-009V | Proizvodi Alaris™. Volumetrijska pumpa Alaris™ GW. Volumetrijska pumpa Asena™ GW. Volumetrijska pumpa Alaris™ GW 800. SET ZA INFUZIJU. VENTIL PROTIV SIFONSKOG EFEKTA. FILTAR OD 1,2 µm. |
| 273-022V | Proizvodi Alaris™. Volumetrijska pumpa Alaris™ GW. Volumetrijska pumpa Asena™ GW. Volumetrijska pumpa Alaris™ GW 800. SET ZA INFUZIJU. VENTIL PROTIV SIFONSKOG EFEKTA. FILTAR OD 0,2 µm. |
| 273-043V | Proizvodi Alaris™. Volumetrijska pumpa Alaris™ GW. Volumetrijska pumpa Asena™ GW. Volumetrijska pumpa Alaris™ GW 800. SET ZA INFUZIJU. OTPORNO NA SVJETLOST. VENTIL PROTIV SIFONSKOG EFEKTA. FILTAR OD 15 µm. |
| 273-053V | Proizvodi Alaris™. Volumetrijska pumpa Alaris™ GW. Volumetrijska pumpa Asena™ GW. Volumetrijska pumpa Alaris™ GW 800. SET ZA INFUZIJU. NISKO SORBIRANJE. VENTIL PROTIV SIFONSKOG EFEKTA. FILTAR OD 15 µm. |
| 273-080EV | Proizvodi Alaris™. Volumetrijska pumpa Alaris™ GW. Volumetrijska pumpa Asena™ GW. Volumetrijska pumpa Alaris™ GW 800. SET ZA INFUZIJU. NISKO SORBIRANJE. VENTIL PROTIV SIFONSKOG EFEKTA. FILTAR OD 15 µm. |
| 273-103EV | Proizvodi Alaris™. Volumetrijska pumpa Alaris™ GW. Volumetrijska pumpa Asena™ GW. Bezigleni pripoj SmartSite™. Volumetrijska pumpa Alaris™ GW 800. SET BIRETA. VENTIL PROTIV SIFONSKOG EFEKTA. BEZ FILTRA. |
| 273-303EV | Proizvodi Alaris™. Volumetrijska pumpa Alaris™ GW. Volumetrijska pumpa Asena™ GW. Bezigleni pripoj SmartSite™. Volumetrijska pumpa Alaris™ GW 800. SET BIRETA. VENTIL PROTIV SIFONSKOG EFEKTA. BEZ FILTRA. |
| 273-304V | Proizvodi Alaris™. Volumetrijska pumpa Alaris™ GW. Volumetrijska pumpa Asena™ GW. Volumetrijska pumpa Alaris™ GW 800. SET ZA INFUZIJU. FILTAR OD 15 µm. |
| 273-950EB | Proizvodi Alaris™. Volumetrijska pumpa Alaris™ GW. Volumetrijska pumpa Asena™ GW. Bezigleni pripoj SmartSite™. Volumetrijska pumpa Alaris™ GW 800. SET ZA VIŠESTRUKU INFUZIJU. ONKOLOŠKI. S ODZRAČIVANJEM. FILTAR OD 15 µm. |
| 273-951EB | Proizvodi Alaris™. Volumetrijska pumpa Alaris™ GW. Volumetrijska pumpa Asena™ GW. Bezigleni pripoj SmartSite™. Volumetrijska pumpa Alaris™ GW 800. SET ZA VIŠESTRUKU INFUZIJU. ONKOLOŠKI. S ODZRAČIVANJEM. FILTAR OD 15 µm. |
| 273-952EB | Proizvodi Alaris™. Volumetrijska pumpa Alaris™ GW. Volumetrijska pumpa Asena™ GW. Bezigleni pripoj SmartSite™. Volumetrijska pumpa Alaris™ GW 800. SET ZA VIŠESTRUKU INFUZIJU. ONKOLOŠKI. NISKO SORBIRANJE (TPU/EVA). OTPORNO NA SVJETLOST. S ODZRAČIVANJEM. FILTAR OD 15 µm. |
| 273-954EB | Proizvodi Alaris™. Volumetrijska pumpa Alaris™ GW. Volumetrijska pumpa Asena™ GW. Bezigleni pripoj SmartSite™. Volumetrijska pumpa Alaris™ GW 800. SET ZA VIŠESTRUKU INFUZIJU. ONKOLOŠKI. NISKO SORBIRANJE (TPU/EVA). OTPORNO NA SVJETLOST. S ODZRAČIVANJEM. FILTAR OD 15 µm. |
| 273-004V | Proizvodi Alaris™. Volumetrijska pumpa Alaris™ GW. Volumetrijska pumpa Asena™ GW. Volumetrijska pumpa Alaris™ GW 800. SET ZA INFUZIJU. FILTAR OD 15 µm. |
| 273-005V | Proizvodi Alaris™. Volumetrijska pumpa Alaris™ GW. Volumetrijska pumpa Asena™ GW. Volumetrijska pumpa Alaris™ GW 800. SET ZA INFUZIJU. BEZ FILTRA. |
| 0000TG00074 | Cijev za kalibraciju GW |

SETi za infuziju za volumetrijsku pumpu Alaris™ VP

| | |
|-------|--|
| 70096 | Proizvodi Alaris™. Volumetrijska pumpa Alaris™ VP. Sigurnosna stezaljka Alaris™. SET ZA INFUZIJU. NISKI VOLUMEN ISPUNJAVANJA. FILTAR OD 15 µm. |
| 70593 | Proizvodi Alaris™. Volumetrijska pumpa Alaris™ VP. Sigurnosna stezaljka Alaris™. SET ZA INFUZIJU. FILTAR OD 15 µm. |
| 70641 | Proizvodi Alaris™. Volumetrijska pumpa Alaris™ VP. Sigurnosna stezaljka Alaris™. SET ZA INFUZIJU. NISKI VOLUMEN ISPUNJAVANJA. OTPORNO NA SVJETLOST. FILTAR OD 15 µm. |
| 70643 | Proizvodi Alaris™. Volumetrijska pumpa Alaris™ VP. Sigurnosna stezaljka Alaris™. SET ZA INFUZIJU. OTPORNO NA SVJETLOST. FILTAR OD 15 µm. |
| 70895 | Proizvodi Alaris™. Volumetrijska pumpa Alaris™ VP. Sigurnosna stezaljka Alaris™. SET ZA TRANSFUZIJU/KRV. FILTAR OD 200 µm. |
| 70896 | Proizvodi Alaris™. Volumetrijska pumpa Alaris™ VP. Sigurnosna stezaljka Alaris™. SET ZA TRANSFUZIJU/KRV. 2 ŠILJKA. FILTAR OD 200 µm. |
| 70953 | Proizvodi Alaris™. Volumetrijska pumpa Alaris™ VP. Sigurnosna stezaljka Alaris™. SET ZA INFUZIJU. NISKO SORBIRANJE. FILTAR OD 15 µm. |



BD Switzerland Sàrl
Terre Bonne Park – A4
Route de Crassier 17
1262 Eysins – Švicarska
Tel.: +41 21 556 30 Faks:
+41 21 556 30 99
www.BD.com

| | |
|--------|--|
| 70033V | Proizvodi Alaris™. Volumetrijska pumpa Alaris™ VP. Sigurnosna stezaljka Alaris™. SET ZA INFUZIJU. NISKO SORBIRANJE. FILTAR OD 0,2 µm. |
| 70093E | Proizvodi Alaris™. Volumetrijska pumpa Alaris™ VP. Sigurnosna stezaljka Alaris™. Bezigleni pripoj SmartSite™. SET ZA INFUZIJU. FILTAR OD 15 µm. |
| 70103E | SET bireta. Bez filtra. Volumetrijska pumpa Alaris™ VP. Sigurnosna stezaljka Alaris™. Bezigleni pripoj SmartSite™. Proizvodi Alaris™. Volumetrijska pumpa Alaris™ VP. Sigurnosna stezaljka Alaris™. Bezigleni pripoj SmartSite™. SET BIRETA. BEZ FILTRA. |
| 70123E | Proizvodi Alaris™. Volumetrijska pumpa Alaris™ VP. Sigurnosna stezaljka Alaris™. Bezigleni pripoj SmartSite™. SET ZA INFUZIJU. OTPORNO NA SVJETLOST. FILTAR OD 1,2 µm. |
| 70125E | Proizvodi Alaris™. Volumetrijska pumpa Alaris™ VP. Sigurnosna stezaljka Alaris™. Bezigleni pripoj SmartSite™. SET ZA INFUZIJU. BEZ ODZRAČIVANJA. FILTAR OD 1,2 µm. |
| 70693E | Proizvodi Alaris™. Volumetrijska pumpa Alaris™ VP. Sigurnosna stezaljka Alaris™. Bezigleni pripoj SmartSite™. SET ZA INFUZIJU. FILTAR OD 15 µm. |
| 70793E | Proizvodi Alaris™. Volumetrijska pumpa Alaris™ VP. Sigurnosna stezaljka Alaris™. Bezigleni pripoj SmartSite™. SET ZA INFUZIJU. BEZ FILTRA. |
| 70950E | Proizvodi Alaris™. Volumetrijska pumpa Alaris™ VP. Sigurnosna stezaljka Alaris™. Bezigleni pripoj SmartSite™. SET ZA VIŠESTRUKU INFUZIJU. ONKOLOŠKI. S ODZRAČIVANJEM. FILTAR OD 15 µm. |
| 70951E | Proizvodi Alaris™. Volumetrijska pumpa Alaris™ VP. Sigurnosna stezaljka Alaris™. Bezigleni pripoj SmartSite™. SET ZA VIŠESTRUKU INFUZIJU. ONKOLOŠKI. S ODZRAČIVANJEM. FILTAR OD 15 µm. |
| 70952E | Proizvodi Alaris™. Volumetrijska pumpa Alaris™ VP. Sigurnosna stezaljka Alaris™. Bezigleni pripoj SmartSite™. SET ZA VIŠESTRUKU INFUZIJU. ONKOLOŠKI. OTPORNO NA SVJETLOST. S ODZRAČIVANJEM. FILTAR OD 15 µm. |
| 70954E | Proizvodi Alaris™. Volumetrijska pumpa Alaris™ VP. Sigurnosna stezaljka Alaris™. Bezigleni pripoj SmartSite™. SET ZA VIŠESTRUKU INFUZIJU. ONKOLOŠKI. OTPORNO NA SVJETLOST. S ODZRAČIVANJEM. FILTAR OD 15 µm. |
| 70955E | Proizvodi Alaris™. Volumetrijska pumpa Alaris™ VP. Sigurnosna stezaljka Alaris™. Bezigleni pripoj SmartSite™. SET ZA VIŠESTRUKU INFUZIJU. ONKOLOŠKI. 2 ŠILJKA. S ODZRAČIVANJEM. FILTAR OD 15 µm. |

SETi za infuziju za volumetrijsku pumpu Alaris™ SE

| | |
|------------|--|
| 71980B | Pumpa Alaris™ SE. SET za transfuziju/krv. Filter od 200 µm. |
| 72001EB | Pumpa Alaris™ SE. Bezigleni pripoj SmartSite™. SET za infuziju. Filter od 15 µm. |
| 72013EB | Pumpa Alaris™ SE. Bezigleni pripoj SmartSite™. SET za infuziju. Bez filtra. |
| 72024EB | Pumpa Alaris™ SE. Bezigleni pripoj SmartSite™. SET za infuziju. Filter od 15 µm. |
| 72304B | Pumpa Alaris™ SE. SET za infuziju. Filter od 15 µm. |
| 72504EB | Pumpa Alaris™ SE. Bezigleni pripoj SmartSite™. SET za infuziju. Filter od 15 µm. |
| 72643EB | Pumpa Alaris™ SE. Bezigleni pripoj SmartSite™. SET za infuziju. Otporno na svjetlost. Filter od 15 µm. |
| 72953B | Pumpa Alaris™ SE. SET za infuziju. Nisko sorbiranje. Filter od 15 µm. |
| MFX72950EB | SET za višestruku infuziju. Onkološki. S odzračivanjem. Filter od 15 µm. |
| MFX72951EB | SET za višestruku infuziju. Onkološki. S odzračivanjem. Filter od 15 µm. |
| MFX72952EB | SET za višestruku infuziju. Onkološki. Nisko sorbiranje (TPU/EVA). Otporno na svjetlost. S odzračivanjem. Filter od 15 µm. |
| MFX72954EB | SET za višestruku infuziju. Onkološki. Nisko sorbiranje (TPU/EVA). Otporno na svjetlost. S odzračivanjem. Filter od 15 µm. |

SETi za infuziju za volumetrijsku pumpu Alaris™ IVAC™ 590 pumpe

| | |
|----------|---|
| G59073 | Proizvodi Alaris™. Volumetrijske pumpe serije IVAC™ 590. SET ZA INFUZIJU. FILTAR OD 15 µm. |
| G59123E | Proizvodi Alaris™. Volumetrijske pumpe serije IVAC™ 590. Bezigleni pripoj SmartSite™. SET ZA INFUZIJU. FILTAR OD 1,2 µm. |
| G59173E | Proizvodi Alaris™. Volumetrijske pumpe serije IVAC™ 590. Bezigleni pripoj SmartSite™. SET ZA INFUZIJU. BEZ FILTRA. |
| G59293E | Proizvodi Alaris™. Volumetrijske pumpe serije IVAC™ 590. SET ZA INFUZIJU. FILTAR OD 15 µm. |
| G59593F | Proizvodi Alaris™. Volumetrijska pumpa Alaris™ GP. Volumetrijske pumpe serije IVAC™ 590. Sigurnosna stezaljka Alaris™. SET ZA INFUZIJU. FILTAR OD 15 µm. |
| G59693FE | Proizvodi Alaris™. Volumetrijska pumpa Alaris™ GP. Volumetrijske pumpe serije IVAC™ 590. Sigurnosna stezaljka Alaris™. Bezigleni pripoj SmartSite™. SET ZA INFUZIJU. FILTAR OD 15 µm. |
| G59793 | Proizvodi Alaris™. Volumetrijske pumpe serije IVAC™ 590. SET ZA INFUZIJU. FILTAR OD 15 µm. |
| G59793E | Proizvodi Alaris™. Volumetrijske pumpe serije IVAC™ 590. Bezigleni pripoj SmartSite™. SET ZA INFUZIJU. FILTAR OD 15 µm. |
| G59953V | Proizvodi Alaris™. Volumetrijske pumpe serije IVAC™ 590. SET ZA INFUZIJU. NISKO SORBIRANJE. FILTAR OD 15 µm. |
| G59593 | Proizvodi Alaris™. Volumetrijske pumpe serije IVAC™ 590. SET ZA INFUZIJU. FILTAR OD 15 µm. |
| G59643 | Proizvodi Alaris™. Volumetrijske pumpe serije IVAC™ 590. SET ZA INFUZIJU. OTPORNO NA SVJETLOST. FILTAR OD 15 µm. |



BD Switzerland Sàrl
Terre Bonne Park – A4
Route de Crassier 17
1262 Eysins – Švicarska
Tel.: +41 21 556 30 Faks:
+41 21 556 30 99
www.BD.com

| | |
|---------|---|
| G59693 | Proizvodi Alaris™. Volumetrijske pumpe serije IVAC™ 590. SET ZA INFUZIJU. FILTAR OD 15 µm. |
| G59693E | Proizvodi Alaris™. Volumetrijske pumpe serije IVAC™ 590. Bezigleni pripoj SmartSite™. SET ZA INFUZIJU. FILTAR OD 15 µm. |



BD Switzerland Sàrl
Terre Bonne Park – A4
Route de Crassier 17
1262 Eysins – Švicarska
Tel.: +41 21 556 30 Faks:
+41 21 556 30 99
www.BD.com

Dodatak 2.: Setovi i dodaci za gravitacijsku infuziju

Proizvođač svih proizvoda navedenih u Dodatku 2 je BD Switzerland Sàrl, Terre Bonne Park – A4, Route de Crassier 17, Eysins, Švicarska ako nije drugačije navedeno

| Katalog proizvoda (REF-ovi) | Naziv proizvoda |
|--|--|
| Samostalni priključci bez igala | |
| 2000E7D | Bezgleni pripoj SmartSite™ |
| SETi ARD | |
| 388000 | SET za gravitacijsku intravensku infuziju tvrtke BD s tehnologijom za sprječavanje isušivanja (engl. Anti-Run Dry – ARD) i automatskim ispunjavanjem. SET za infuziju. S odzračivanjem. |
| 388002 | SET za gravitacijsku intravensku infuziju tvrtke BD s tehnologijom za sprječavanje isušivanja (engl. Anti-Run Dry – ARD) i automatskim ispunjavanjem. Bezgleni pripoj SmartSite™. SET za infuziju. S odzračivanjem. |
| 388004 | SET za gravitacijsku intravensku infuziju tvrtke BD s tehnologijom za sprječavanje isušivanja (engl. Anti-Run Dry – ARD) i automatskim ispunjavanjem. Mikro-SET za infuziju. S odzračivanjem. |
| 388006 | SET za gravitacijsku intravensku infuziju tvrtke BD s tehnologijom za sprječavanje isušivanja (engl. Anti-Run Dry – ARD) i automatskim ispunjavanjem. Bezgleni pripoj SmartSite™. Mikro-SET za infuziju. S odzračivanjem. |
| 388010 | SET gravitacijske birete tvrtke BD s tehnologijom za sprječavanje isušivanja (engl. Anti-Run Dry – ARD) i automatskim ispunjavanjem. Bezgleni pripoj SmartSite™. SET mikrobireta 150 ml. |
| 388013 | SET za gravitacijsku intravensku infuziju tvrtke BD s tehnologijom za sprječavanje isušivanja (engl. Anti-Run Dry – ARD) i automatskim ispunjavanjem. Bezgleni pripoj SmartSite™. SET za infuziju. S odzračivanjem. |
| 388015 | SET za gravitacijsku intravensku infuziju tvrtke BD s tehnologijom za sprječavanje isušivanja (engl. Anti-Run Dry – ARD) i automatskim ispunjavanjem. Bezgleni pripoj SmartSite™. Regulator protoka. SET za infuziju. S odzračivanjem. |
| 388017 | SET za gravitacijsku intravensku infuziju tvrtke BD s tehnologijom za sprječavanje isušivanja (engl. Anti-Run Dry – ARD) i automatskim ispunjavanjem. Bezgleni pripoj SmartSite™. Regulator protoka. SET za infuziju. S odzračivanjem. Filtar od 0,2 µm. |
| 388018 | SET za gravitacijsku intravensku infuziju tvrtke BD s tehnologijom za sprječavanje isušivanja (engl. Anti-Run Dry – ARD) i automatskim ispunjavanjem. Bezgleni pripoj SmartSite™. Regulator protoka. SET za infuziju. S odzračivanjem. Filtar od 1,2 µm. |
| 388019 | SET za gravitacijsku intravensku infuziju tvrtke BD s tehnologijom za sprječavanje isušivanja (engl. Anti-Run Dry – ARD) i automatskim ispunjavanjem. Bezgleni pripoj SmartSite™. Regulator protoka. SET za infuziju. S odzračivanjem. |
| 388020 | SET za gravitacijsku intravensku infuziju tvrtke BD s tehnologijom za sprječavanje isušivanja (engl. Anti-Run Dry – ARD) i automatskim ispunjavanjem. Bezgleni pripoj SmartSite™. SET za infuziju. S odzračivanjem. Filtar od 0,2 µm. |
| 388021 | SET za gravitacijsku intravensku infuziju tvrtke BD s tehnologijom za sprječavanje isušivanja (engl. Anti-Run Dry – ARD) i automatskim ispunjavanjem. Bezgleni pripoj SmartSite™. SET za infuziju. S odzračivanjem. Filtar od 1,2 µm. |
| 388050 | SET za gravitacijsku intravensku infuziju tvrtke BD s tehnologijom za sprječavanje isušivanja (engl. Anti-Run Dry – ARD) i automatskim ispunjavanjem. Nepovratni ventil. SET za infuziju. S odzračivanjem. Nepovratni ventil. |
| 388051 | SET za gravitacijsku intravensku infuziju tvrtke BD s tehnologijom za sprječavanje isušivanja (engl. Anti-Run Dry – ARD) i automatskim ispunjavanjem. NEPOVRATNI VENTIL – BEZIGLENI PRIPOJ SMARTSITE™. |
| 388053 | SET za gravitacijsku intravensku infuziju tvrtke BD s tehnologijom za sprječavanje isušivanja (engl. Anti-Run Dry – ARD) i automatskim ispunjavanjem. SET ZA INFUZIJU. S ODZRAČIVANJEM. Samo gravitacijski protok. |
| 388125 | SET za gravitacijsku intravensku infuziju tvrtke BD s tehnologijom za sprječavanje isušivanja (engl. Anti-Run Dry – ARD) i automatskim ispunjavanjem. SET ZA INFUZIJU. S ODZRAČIVANJEM. Samo gravitacijski protok. |
| 388126 | SET za gravitacijsku intravensku infuziju tvrtke BD s tehnologijom za sprječavanje isušivanja (engl. Anti-Run Dry – ARD) i automatskim ispunjavanjem. NEPOVRATNI VENTIL – BEZIGLENI PRIPOJ SMARTSITE™. |
| 388136 | SET za gravitacijsku intravensku infuziju tvrtke BD s tehnologijom za sprječavanje isušivanja (engl. Anti-Run Dry – ARD) i automatskim ispunjavanjem. TROSMJERNI ZAPORNİ VENTIL. SET ZA INFUZIJU. S ODZRAČIVANJEM. Samo gravitacijski protok. |
| SETi R87 – SETi s oznakom gravitacije/tlaka Zakoniti proizvođač: Becton Dickinson Infusion Therapy AB, Florettgatan 29C PO Box 631, Helsingborg, Švedska. | |
| 396350 | R87P Luer-Lock IG-P |
| 396351 | R87P Luer-Lock IG-P |
| 396353 | R87 RLS Luer-Lock IG-P |
| 396354 | R87P Luer-Lock IG-P |
| 396357 | R87 RLS Luer-Lock IG-P |
| 396361 | R87 G Precizni Luer-Lock IG-G |
| 396363 | R87 V Luer-Lock IG-P |



BD Switzerland Sàrl
Terre Bonne Park – A4
Route de Crassier 17
1262 Eysins – Švicarska
Tel.: +41 21 556 30 Faks:
+41 21 556 30 99
www.BD.com

| | |
|---------------------------------------|---|
| 396368 | R87 V Luer-Lock IG-P |
| 396370 | R87 G Precizni Luer-Lock IG-G |
| 396373 | R87 V Luer-Lock IG-P |
| 396377 | R87 V Luer-Lock IG-P |
| 396392 | R87 G Precizni Luer-Lock IG-G |
| SETi za gravitacijsku infuziju | |
| 02008366189 | Proizvodi Alaris™. SET ZA INFUZIJU. NISKO SORBIRANJE. BEZ ODZRAČIVANJA. FILTAR OD 15 µm. |
| 02008374189 | SET za infuziju bez odzračivanja. Filter od 15 µm |
| 02008382189 | Proizvodi Alaris™. SET ZA INFUZIJU. BEZ ODZRAČIVANJA. BEZ FILTRA. |
| 03500100208 | Proizvodi Alaris™. SET ZA INFUZIJU. S ODZRAČIVANJEM. FILTAR OD 15 µm. |
| MFX2309EV | Bezigleni pripoj SmartSite™. SET ZA VIŠESTRUKU INFUZIJU. ONKOLOŠKI. S ODZRAČIVANJEM. FILTAR OD 15 µm. |
| MFX2310EV | Bezigleni pripoj SmartSite™. SET ZA VIŠESTRUKU INFUZIJU. ONKOLOŠKI. OTPORNO NA SVJETLOST. NISKO SORBIRANJE (TPU/EVA) S ODZRAČIVANJEM. FILTAR OD 15 µm. |
| MFX2311EV | Bezigleni pripoj SmartSite™. SET ZA VIŠESTRUKU INFUZIJU. ONKOLOŠKI. S ODZRAČIVANJEM. FILTAR OD 0,2 µm. |
| 03500304407 | Proizvodi Alaris, SETi za infuziju Filter od 15 µm |
| 03501410184 | Univerzalni SET za infuziju za Druckinfusion |
| 03508105208 | Proizvodi Alaris™. SET ZA INFUZIJU. S ODZRAČIVANJEM. FILTAR OD 15 µm. |
| 03508117442 | Proizvodi Alaris™. Bezigleni pripoj SmartSite™. SET ZA INFUZIJU. S ODZRAČIVANJEM. FILTAR od 15 µm. |
| 03508239442 | Proizvodi Alaris™. Bezigleni pripoj SmartSite™. SET ZA INFUZIJU. S ODZRAČIVANJEM. FILTAR od 15 µm. |
| 03508239448 | Proizvodi Alaris™. Bezigleni pripoj SmartSite™. SET ZA INFUZIJU. S ODZRAČIVANJEM. FILTAR od 15 µm. |
| 03508240442 | Proizvodi Alaris™. Bezigleni pripoj SmartSite™. SET ZA INFUZIJU. S ODZRAČIVANJEM. FILTAR od 15 µm. |
| 03508241442 | Proizvodi Alaris™. Bezigleni pripoj SmartSite™. SET ZA INFUZIJU. S ODZRAČIVANJEM. FILTAR od 15 µm. |
| 03508242442 | Proizvodi Alaris™. Bezigleni pripoj SmartSite™. SET ZA INFUZIJU. S ODZRAČIVANJEM. FILTAR od 15 µm. |
| 03508317319 | Proizvodi Alaris™. SET ZA INFUZIJU. NISKO SORBIRANJE. S ODZRAČIVANJEM. FILTAR OD 0,2 µm. |
| 03508318429 | Proizvodi Alaris™. SET ZA INFUZIJU. S ODZRAČIVANJEM. FILTAR OD 15 µm. |
| 03508364318 | Proizvodi Alaris™. SET ZA INFUZIJU. NISKO SORBIRANJE. S ODZRAČIVANJEM. FILTAR OD 15 µm. |
| 03508370319 | Proizvodi Alaris™. SET ZA INFUZIJU. NISKO SORBIRANJE. S ODZRAČIVANJEM. FILTAR OD 0,2 µm. |
| 03508411318 | Proizvodi Alaris™. SET ZA INFUZIJU. OTPORNO NA SVJETLOST. NISKO SORBIRANJE. S ODZRAČIVANJEM. FILTAR OD 15 µm. |
| 03508422208 | SET za infuziju, otporan na svjetlost. S odzračivanjem. Filter od 15 µm |
| 03508367318 | Proizvodi Alaris™. SET ZA INFUZIJU. NISKO SORBIRANJE. S ODZRAČIVANJEM. FILTAR OD 15 µm. |
| Gravitacijski SETi za krv | |
| 12310100356 | SET za transfuziju/krv. Bez odzračivanja. Filter od 200 µm. |
| 12310100403 | SET za transfuziju 200 µm |
| 12310105356 | SET za transfuziju/krv. Bez odzračivanja. Filter od 200 µm. |
| 12318381356 | SET za transfuziju/krv. Bez odzračivanja. Filter od 200 µm. |
| 12360100357 | SET za transfuziju/krv. S odzračivanjem. Filter od 200 µm. |
| Sekundarni SETi | |
| MFX2300EV | Proizvodi Alaris™. Bezigleni pripoj SmartSite™. SEKUNDARNI SET. ONKOLOŠKI. NISKO SORBIRANJE (TPU/EVA) OTPORNO NA SVJETLOST. S ODZRAČIVANJEM. NEPOVRATNI VENTIL. |
| MFX2301EV | Proizvodi Alaris™. Bezigleni pripoj SmartSite™. SEKUNDARNI SET. ONKOLOŠKI. S ODZRAČIVANJEM. NEPOVRATNI VENTIL. |
| MFX2302EV | Proizvodi Alaris™. Bezigleni pripoj SmartSite™. SEKUNDARNI SET. ONKOLOŠKI. S ODZRAČIVANJEM. NEPOVRATNI VENTIL. FILTAR OD 0,2 µm. |
| MFX2303EV | Proizvodi Alaris™. Bezigleni pripoj SmartSite™. SEKUNDARNI SET. ONKOLOŠKI. NISKO SORBIRANJE (TPU/EVA). OTPORNO NA SVJETLOST. S ODZRAČIVANJEM. NEPOVRATNI VENTIL. REGULATOR PROTOKA. |
| MFX2304EV | Proizvodi Alaris™. Bezigleni pripoj SmartSite™. SEKUNDARNI SET. ONKOLOŠKI. MUŠKI NA MUŠKI. NEPOVRATNI VENTIL. |
| 04108362X10 | Višesmjerni Sekundarni set. |
| 72946NE | Sekundarni SET. Onkološki. S odzračivanjem. Otporno na svjetlost. |
| 72946NEX10 | Sekundarni SET. Onkološki. S odzračivanjem. Otporno na svjetlost. |
| 72947NE | Sekundarni SET. Onkološki. Bez odzračivanja. Otporno na svjetlost. Nepovratni ventil. |
| 72948NE | Sekundarni SET. Onkološki. Bez odzračivanja. Nepovratni ventil. |
| 72949NE | Sekundarni SET. Onkološki. Bez odzračivanja. Nepovratni ventil. |
| 72950NE | Sekundarni SET. Onkološki. Bez odzračivanja. Otporno na svjetlost. Nepovratni ventil. |
| 72951NE | Sekundarni SET. Onkološki. Bez odzračivanja. Nepovratni ventil. |
| 72951NEX10 | Sekundarni SET. Onkološki. Bez odzračivanja. Nepovratni ventil. |



BD Switzerland Sàrl
Terre Bonne Park – A4
Route de Crassier 17
1262 Eysins – Švicarska
Tel.: +41 21 556 30 Faks:
+41 21 556 30 99
www.BD.com

| | |
|---------|--|
| 72961NE | Sekundarni SET. Onkološki. S odzračivanjem. Nepovratni ventil. |
| 72978NE | Sekundarni SET. Onkološki. S odzračivanjem. Filter od 0,2 µm. |
| 72979NE | Sekundarni SET. Onkološki. S odzračivanjem. Filter od 0,2 µm. |
| 72981NE | Sekundarni SET. Onkološki. S odzračivanjem. Nepovratni ventil. |
| 72987NE | Sekundarni SET. Onkološki. Otporno na svjetlost. S odzračivanjem. Nepovratni ventil. |
| 72988NE | Sekundarni SET. Onkološki. S odzračivanjem. Nepovratni ventil. Filter od 0,2 µm. |

Sekundarni SETi: Zakoniti proizvođač: Becton Dickinson and Company Limited, Pottery Road, Co. Dublin, Dun Laoghaire, Irska

| | |
|--------|----------------------|
| 515302 | SEKUNDARNI SET (C61) |
|--------|----------------------|

SETi regulatora protoka

| | |
|-------------|--|
| 03508060270 | Proizvodi Alaris™. SET ZA INFUZIJU. REGULATOR PROTOKA. S ODZRAČIVANJEM. FILTER od 15 µm. |
| 03508067270 | Proizvodi Alaris™. SET ZA INFUZIJU. REGULATOR PROTOKA. S ODZRAČIVANJEM. FILTER od 15 µm. |
| 03508068307 | Proizvodi Alaris™. SET ZA INFUZIJU. NISKO SORBIRANJE. S ODZRAČIVANJEM. FILTER od 15 µm. |
| 03508073270 | Proizvodi Alaris™. SET ZA INFUZIJU. NISKO SORBIRANJE. REGULATOR PROTOKA. S ODZRAČIVANJEM. FILTER od 15 µm. |
| 03508077270 | Proizvodi Alaris™. SET ZA INFUZIJU. REGULATOR PROTOKA. S ODZRAČIVANJEM. FILTER od 15 µm. |
| 03508078270 | Proizvodi Alaris™. SET ZA INFUZIJU. REGULATOR PROTOKA. S ODZRAČIVANJEM. FILTER od 15 µm. |
| 03508079270 | Proizvodi Alaris™. SET ZA INFUZIJU. REGULATOR PROTOKA. S ODZRAČIVANJEM. FILTER od 15 µm. |
| 03508080404 | Proizvodi Alaris™. Bezigleni pripoj SmartSite™. SET ZA VIŠESTRUKU INFUZIJU. REGULATOR PROTOKA. S ODZRAČIVANJEM. FILTER OD 15 µm. |
| 03508083440 | Proizvodi Alaris™. Bezigleni pripoj SmartSite™. SET ZA INFUZIJU. REGULATOR PROTOKA. S ODZRAČIVANJEM. FILTER OD 15 µm. |
| 03508084440 | Proizvodi Alaris™. Bezigleni pripoj SmartSite™. SET ZA INFUZIJU. REGULATOR PROTOKA. S ODZRAČIVANJEM. FILTER OD 15 µm. |
| 03508085440 | Proizvodi Alaris™. Bezigleni pripoj SmartSite™. SET ZA INFUZIJU. REGULATOR PROTOKA. S ODZRAČIVANJEM. FILTER OD 15 µm. |
| 04108060270 | Proizvodi Alaris™. PRODUŽENA LINIJA. REGULATOR PROTOKA. |
| 04108064270 | Proizvodi Alaris™. PRODUŽENA LINIJA. REGULATOR PROTOKA. |
| 04108073270 | Proizvodi Alaris™. PRODUŽENA LINIJA. REGULATOR PROTOKA. |
| 04108074270 | Proizvodi Alaris™. PRODUŽENA LINIJA. REGULATOR PROTOKA. |
| 04108078411 | Proizvodi Alaris™. Bezigleni pripoj SmartSite™. PRODUŽENA LINIJA. REGULATOR PROTOKA. |

Dodatna oprema i dodaci

| | |
|-------------|---|
| 2305E | Višesmjerni Sekundarni set |
| 2306E | Višesmjerni Sekundarni set |
| 04108341419 | Višesmjerni Sekundarni set. |
| 04108362418 | Višesmjerni Sekundarni set. |
| MFX2250EV | Proizvodi Alaris™. Bezigleni pripoj SmartSite™. UREĐAJ ZA PRISTUP TORBI. S ODZRAČIVANJEM. |
| 04302243317 | KONTROLNI VENTIL BD |
| 04302260452 | Ventil protiv sifonskog efekta |
| 397015 | FloPro |
| 04000380192 | Proizvodi Alaris™. UREĐAJ ZA PRIJENOS |
| 04002040071 | Uredaj za prijenos proizvoda Alaris |
| 04302434353 | Zaštitna kapica za ženski luer lock |
| 04302398353 | Kapica na mjestu ubrizgavanja |

SETi TIVA

| | |
|----------|--|
| 500-002V | Proizvodi Alaris™. DVOSMJERNI SET TIVA. VENTIL PROTIV SIFONSKOG EFEKTA. NEPOVRATNI VENTIL. |
| 500-003V | Proizvodi Alaris™. TROSMJERNI SET TIVA. VENTILI PROTIV SIFONSKOG EFEKTA. NEPOVRATNI VENTIL. |
| 500-012V | Proizvodi Alaris™. DVOSMJERNI PRODUŽENA LINIJA TIVA. VENTIL PROTIV SIFONSKOG EFEKTA. NEPOVRATNI VENTIL. |
| 500-013V | Proizvodi Alaris™. TROSMJERNI PRODUŽENA LINIJA TIVA. VENTILI PROTIV SIFONSKOG EFEKTA. NEPOVRATNI VENTIL. |

Produžena linijai za infuziju i katetere

| | |
|-----------|--|
| G40020B | Proizvodi Alaris™. PRODUŽENA LINIJA |
| G40320V | Proizvodi Alaris™. PRODUŽENA LINIJA. OTPORNO NA SVJETLOST. |
| 500-021EV | Proizvodi Alaris™. Bezigleni pripoj SmartSite™. DVOSMJERNI PRODUŽENA LINIJA SA STEZALJKAMA |
| 500-031EV | Proizvodi Alaris™. Bezigleni pripoj SmartSite™. TROSMJERNI PRODUŽENA LINIJA SA STEZALJKAMA |
| MFX2203EV | Produžena linija. Nepovratni ventil. |
| MFX2280EV | Produžena linija. Trosmjerni zaporni ventil |
| MFX2283EV | Produžena linija. Trosmjerni zaporni ventil |
| MFX2284EV | Produžena linija. Trosmjerni zaporni ventil |



BD Switzerland Sàrl
Terre Bonne Park – A4
Route de Crassier 17
1262 Eysins – Švicarska
Tel.: +41 21 556 30 Faks:
+41 21 556 30 99
www.BD.com

| | |
|-------------|---|
| 04301433200 | Proizvodi Alaris™. ČETVEROSMJERNI ZAPORNI VENTIL |
| 04301462200 | Proizvodi Alaris™. ČETVEROSMJERNI ZAPORNI VENTIL |
| 04301463200 | Proizvodi Alaris™. ČETVEROSMJERNI ZAPORNI VENTIL |
| 04103215162 | Produžena linija |
| 04103220162 | Produžena linija |
| 04100002162 | Proizvodi Alaris Produžena linija |
| 04100006162 | Produžena linija |
| 04100008162 | Produžena linija |
| 04100010162 | Produžena linija |
| 04100015162 | Produžena linija |
| 04100020162 | Produžena linija |
| 04100135162 | Proizvodi Alaris™. PRODUŽENA LINIJA. Samo gravitacijski protok. |
| 04100146162 | Proizvodi Alaris™. PRODUŽENA LINIJA. Samo gravitacijski protok. |
| 04100215162 | Produžena linija |
| 04100401162 | Produžena linija. Četverosmjerni zaporni ventil. |
| 04100403162 | Produžena linija. Četverosmjerni zaporni ventil. |
| 04100405162 | Produžena linija. Četverosmjerni zaporni ventil. |
| 04100410162 | Produžena linija. Četverosmjerni zaporni ventil. |
| 04100415162 | Produžena linija. Četverosmjerni zaporni ventil. |